



NZOZ Ośrodek Diagnostyczny Chorób
Nowotworowych Fundacji SOS Życie

39-300 Mielec, ul. Tańskiego 2,
tel. +48 175 824 060, www.sos-zycie.pl
e-mail: fundacja@sos-zycie.pl

Mielec, 16.11.2017

Dotyczy: postępowania prowadzonego według zasad dla procedury konkurencyjności „ZAPYTANIE OFERTOWE 4/11/2017” na „dostawę mammografu cyfrowego przystosowanego do pracy w mobilnej jednostce (cytomammobusie)”.

W odpowiedzi na zadane pytania o treści poniżej cyt:

1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie mammografu z lampą RTG, której producentem jest firma General Electric.
2. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie mammografu, w którym głowica lampy RTG w najwyższym punkcie przy maksymalnie podniesionym gantry wynosi 2233 mm? (Niniejsza informacja jest istotna ze względu na ograniczone wymiary pomieszczenia mobilnej instalacji). Zakres ruchu w oferowanym przez nas mammografie wynosi: 650 mm – 1345 mm.

Informujemy, że zamawiający w żaden sposób nie ogranicza Oferenta w złożeniu Oferty. Ważne aby oferta zawierała minimalne wymagania techniczne określone w Zapytaniu, które dopasowane są do możliwości finansowych zamawiającego. Wszystkie rozwiązania tożsame są dopuszczalne.

Z poważaniem

Łucja Bielec - Kierownik Projektu